acreditación

entidad mexicana de acreditación a.c.

ACREDITA
A

MASSTECH, S.A. DE C.V.

CAÑITAS, NO. 25, COL. POPOTLA,
C.P. 11400, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.

Como Laboratorio de Calibración en Servicios de Medición

De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017, para las actividades de evaluación de la conformidad en:

Mediciones Especiales*

Acreditación No: ME-20
Vigente a partir del: 2019/06/21

El cumplimiento de los requisitos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 por parte de un laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los requisitos de competencia técnica como los requisitos del sistema de gestión necesarios para que pueda entregar de forma consistente resultados técnicamente válidos. Los requisitos del sistema de gestión de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 están escritos en un lenguaje que corresponde con las operaciones de un laboratorio y satisfacen los principios de la Norma ISO 9001:2015 "Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos" y además son afines a sus requisitos pertinentes."

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora Ejecutiva

entidad mexicana de acreditación, a.c.

***En el alcance establecido en el anexo técnico correspondiente 18LM0046**
Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo técnico.
Para verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página de ema.

entidad mexicana
de acreditación, a.c.

CUMPLIENDO LA MISIÓN DE SERVIR
A MÉXICO Y A NUESTROS CLIENTES

mariano escobedo n° 564
col. anzures 11509
ciudad de méxico,
tel. (55) 9148-4300
www.ema.org.mx LSC 01 800 022 29 78

Ciudad de México a 25 de septiembre de 2020
Número de Referencia: 20LM0024

Asunto: Notificación de dictamen

Ing. Ismael Cruz Ruiz Camarillo
Representante Autorizado.
Masstech, S.A. de C.V.
Presente.

Me refiero a su proceso de Evaluación de vigilancia de la acreditación ME-20 y con fundamento en el informe de evaluación de fecha 10 de septiembre de 2020 me permito notificarle que el Comité de Evaluación de Laboratorios de Mediciones Especiales durante la reunión de fecha 25 de septiembre de 2020 emitió el siguiente dictamen:

Confirma que la acreditación ME-20 continuará vigente.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva dedicarle a la presente notificación, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Carlos Rangel Herrera
Gerente de Laboratorios

c.c.p. expediente.

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

MASSTECH, S.A. DE C.V.

CAÑITAS, NO. 25, COL. POPOTLA,
C.P. 11400, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.

Ha sido acreditado como Laboratorio de Calibración en Servicios de Medición bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, para el área de ***Mediciones Especiales***

Acreditación Número: ME-20
Fecha de acreditación: 2019/06/21
Fecha de emisión: 2019/06/21

Número de referencia: 18LM0046
Tramite: Acreditación Inicial

El alcance para realizar las calibraciones es de conformidad con:

Método o procedimiento: Refrigerador, congelador y ultracongelador.
Signatarios autorizados
Nombre
David Maciel Zaragoza
José Fernando Soto Ferreíra
Jesús Ramsses Cano Noguez
Fanny Rebeca Marentes Orozco
Método o procedimiento: Habitaciones, cuartos, recintos almacenes con o sin control de temperatura.
Signatarios autorizados
Nombre

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de referencia: 18LM0046

David Maciel Zaragoza
José Fernando Soto Ferreíra
Jesús Ramsses Cano Noguez
Fanny Rebeca Marentes Orozco
Método o procedimiento: Incubadora/estufa
Signatarios autorizados
Nombre
David Maciel Zaragoza
José Fernando Soto Ferreíra
Jesús Ramsses Cano Noguez
Fanny Rebeca Marentes Orozco
Método o procedimiento: Cámara de tratamiento térmico: Horno, Mufla, Túneles.
Signatarios autorizados
Nombre
David Maciel Zaragoza
José Fernando Soto Ferreíra
Jesús Ramsses Cano Noguez
Fanny Rebeca Marentes Orozco
Método o procedimiento: Autoclave
Signatarios autorizados
Nombre
David Maciel Zaragoza
José Fernando Soto Ferreíra

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de referencia: 18LM0046

Jesús Ramsses Cano Noguez
Fanny Rebeca Marentes Orozco

Ver Anexo A (Tabla CM ME-20)

Notas para la interpretación del anexo A:

I. **Sistema bajo prueba:** Es el sistema de medida, medio, equipo o instrumento de medición analítica que será calificado.
II. **Magnitud, Intervalo de Medida:** Es el conjunto de magnitudes en las que será evaluado el sistema bajo prueba y el punto o los valores mínimo y máximo del intervalo acreditado del servicio de medición.
III. **Tipo de servicio:** Especifica el alcance o etapas del proceso de calificación.
IV. **Propiedad metrológica o característica medida de acuerdo al método de referencia:** Propiedad física, química, biológica o técnica relevante para la utilización final del sistema bajo prueba que será evaluada dentro de las etapas del proceso de calificación.
V. **Incertidumbre expandida de medida:** Se declara el valor de incertidumbre expandida que el laboratorio puede alcanzar durante la prestación del servicio de medición.
VI. **Método de referencia:** Es la norma, especificación o, referencia normativa utilizada por el laboratorio para prestar el servicio de calificación específico para el sistema bajo prueba.
VII. **Patrón de referencia usado en la calificación:**
   - **Instrumentos de medida** Se informa el patrón o patrones de referencia que el laboratorio utiliza para realizar el servicio de calificación o medición.
   - **Fuente de trazabilidad metrológica:** Es el origen inmediato de la trazabilidad del patrón o patrones de referencia usados en la calificación, los cuales están asociados con el servicio de medición bajo el alcance de la Capacidad de Medición.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva dedicarle a la presente notificación, quedo a sus órdenes.

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora Ejecutiva

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición (CM) de un laboratorio acreditado para los servicios de Calificación

ACREDITACIÓN ME-20

Fecha de emisión: 2019-06-21
No. De revisión: 00

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Servicio de Caracterización			Propiedad metrológica o característica medida de acuerdo al método de referencia	Incertidumbre expandida de medida	Método de referencia	Patrón de referencia utilizado en la caracterización		Observaciones
Sistema bajo prueba	Magnitud, intervalo de medida.	Tipo de Servicio				Instrumentos de medida	Fuente de trazabilidad	
Refrigerador, Congelador, Ultracongelador.	Temperatura -90 °C a 10 °C	Calificación de la instalación (CI) Calificación de operación (CO) Calificación de desempeño (CF) Caracterización metrológica (CZM)	Caracterización del medio, Gráficos de perfil de temperatura, Fluctuación, Gradiente de estabilidad, Desviación al punto de control, Sesgo de medida, Resolución, Intervalo de tiempo para lograr una estabilidad, Temperatura Máxima, Mínima y Promedio, Intervalo de tiempo para recuperar una estabilidad a partir de una perturbación, Incertidumbre	Temperatura 0,096 °C a 0,079 °C	Metódo interno: PM-20 Servicio de calificación de instalación (CI), calificación de operación (CO), calificación de desempeño (CF) y caracterización metrologica de medios, PM-36 Elaboración de protocolos de calificación de instalación (CI), calificación de operación (CO), calificación de desempeño (CF) y caracterización metrologica de medios, PM-37 Estimación y cálculo de incertidumbre para la calificación de medios, Basado en: IEC 60068 3-5, 3-7, 3-11	3 Sistemas de adquisición de datos con capacidad de 132 canales asociado, con 96 sensores Termopar tipo T con cubierta de teflón y 36 sensores Termopar tipo T con cubierta de kapton U= 0,063 °C a 0,032 °C	Masstech, S.A. de C.V. T-138	
Habitaciones, cuartos, recintos almacenes con o sin control de temperatura	Temperatura 25 °C a 60 °C	Calificación de la instalación (CI) Calificación de operación (CO) Calificación de desempeño (CF) Caracterización metrológica (CZM)	Caracterización del medio, Gráficos de perfil de temperatura, Fluctuación, Gradiente de estabilidad, Desviación al punto de control, Sesgo de medida, Resolución, Intervalo de tiempo para lograr una estabilidad, Temperatura Máxima, Mínima y Promedio, Intervalo de tiempo para recuperar una estabilidad a partir de una perturbación, Incertidumbre	Temperatura 0,079 °C a 0,079 °C	Metódo interno: PM-20 Servicio de calificación de instalación (CI), calificación de operación (CO), calificación de desempeño (CF) y caracterización metrologica de medios, PM-36 Elaboración de protocolos de calificación de instalación (CI), calificación de operación (CO), calificación de desempeño (CF) y caracterización metrologica de medios, PM-37 Estimación y cálculo de incertidumbre para la calificación de medios, Basado en: IEC 60068 3-5, 3-7, 3-11	3 Sistemas de adquisición de datos con capacidad de 132 canales asociado, con 96 sensores Termopar tipo T con cubierta de teflón y 36 sensores Termopar tipo T con cubierta de kapton U= 0,032 °C a 0,032 °C	Masstech, S.A. de C.V. T-138	
Incubadora/estufa	Temperatura 5 °C a 300 °C	Calificación de la instalación (CI) Calificación de operación (CO) Calificación de desempeño (CF) Caracterización metrológica (CZM)	Caracterización del medio, Gráficos de perfil de temperatura, Fluctuación, Gradiente de estabilidad, Desviación al punto de control, Sesgo de medida, Resolución, Intervalo de tiempo para lograr una estabilidad, Temperatura Máxima, Mínima y Promedio, Intervalo de tiempo para recuperar una estabilidad a partir de una perturbación, efecto de la radiación, Incertidumbre	Temperatura 0,079 °C a 0,098 °C	Metódo interno: PM-20 Servicio de calificación de instalación (CI), calificación de operación (CO), calificación de desempeño (CF) y caracterización metrologica de medios, PM-36 Elaboración de protocolos de calificación de instalación (CI), calificación de operación (CO), calificación de desempeño (CF) y caracterización metrologica de medios, PM-37 Estimación y cálculo de incertidumbre para la calificación de medios, Basado en: IEC 60068 3-5, 3-7, 3-11	3 Sistemas de adquisición de datos con capacidad de 132 canales asociado, con 96 sensores Termopar tipo T con cubierta de teflón y 36 sensores Termopar tipo T con cubierta de kapton U= 0,032 °C a 0,065 °C	Masstech, S.A. de C.V. T-138	

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición (CM) de un laboratorio acreditado para los servicios de Calificación

ACREDITACIÓN ME-20

Fecha de emisión: 2019-06-21
No. De revisión: 00

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Servicio de Caracterización			**Propiedad metrológica o característica medida de acuerdo al método de referencia**	**Incertidumbre expandida de medida**	**Método de referencia**	**Patrón de referencia utilizado en la caracterización**		**Observaciones**
Sistema bajo prueba	**Magnitud, intervalo de medida.**	**Tipo de Servicio**				**Instrumentos de medida**	**Fuente de trazabilidad**	
Cámara de tratamiento térmico: Horno, Mufla, Túneles.	Temperatura 5 °C a 300 °C	Calificación de la instalación (CI) Calificación de operación (CO) Calificación de desempeño (CF) Caracterización metrológica (CZM)	Caracterización del medio, Gráficos de perfil de temperatura, Fluctuación, Gradiente de estabilidad, Desviación al punto de control, Sesgo de medida, Resolución, Intervalo de tiempo para lograr una estabilidad, Temperatura Máxima, Mínima y Promedio, Intervalo de tiempo para recuperar una estabilidad a partir de una perturbación, efecto de la radiación, Letalidad por calor seco F_H, Incertidumbre	Temperatura 0,079 °C a 0,098 °C	Metódo interno: PM-20 Servicio de calificación de instalación (CI), calificación de operación (CO), calificación de desempeño (CF) y caracterización metrologica de medios, PM-36 Elaboración de protocolos de calificación de instalación (CI), calificación de operación (CO), calificación de desempeño (CF) y caracterización metrologica de medios, PM-37 Estimación y cálculo de incertidumbre para la calificación de medios, Basado en: IEC 60068 3-5, 3-7, 3-11	3 Sistemas de adquisición de datos con capacidad de 132 canales asociado, con 96 sensores Termopar tipo T con cubierta de teflón y 36 sensores Termopar tipo T con cubierta de kapton U= 0,032 °C a 0,065 °C	Masstech, S.A. de C.V. T-138	
Autoclave	Temperatura 100 °C a 138 °C Presión: 100 kPa a 173 kPa	Calificación de la instalación (CI) Calificación de operación (CO) Calificación de desempeño (CF)	Caracterización del medio, Gráficos de perfil de temperatura, Fluctuación, Gradiente de estabilidad, Desviación al punto de control, Sesgo de medida, Resolución, Intervalo de tiempo para lograr una estabilidad, Temperatura Máxima, Mínima y Promedio, Letalidad por calor HUMEDO Fo , Incertidumbre	Temperatura 0,079 °C a 0,096 °C 0,068 kPa a 0,068 kPa	Metódo interno: PM-20 Servicio de calificación de instalación (CI), calificación de operación (CO), calificación de desempeño (CF) y caracterización metrologica de medios, PM-36 Elaboración de protocolos de calificación de instalación (CI), calificación de operación (CO), calificación de desempeño (CF) y caracterización metrologica de medios, PM-37 Estimación y cálculo de incertidumbre para la calificación de medios, Basado en: ISO 17665-1:2006	3 Sistemas de adquisición de datos con capacidad de 132 canales asociado, con 96 sensores Termopar tipo T con cubierta de teflón y 36 sensores Termopar tipo T con cubierta de kapton U= 0,032 °C a 0,063 °C Manómetro digital, marca: Fluke, modelo: 700G06, clase de exactitud: 0.05 %ET, U= 0,068 kPa	Temperatura Masstech, S.A. de C.V. T-138 Presión CalTechnix P-36	

*Contribución del laboratorio:

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios:

David Maciel Zaragoza
José Fernando Soto Ferreíra
Jesús Ramsses Cano Noguez
Fanny Rebeca Marentes Orozco

Atentamente,

María Isabel López Martínez
Directora Ejecutiva