entidad mexicana de acreditación a.c.

acreditación

ACREDITA
A
MASSTECH, S.A. DE C.V.

CAÑITAS, NO. 25, COL. POPOTLA,
C.P. 11400, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.

Como Laboratorio de Calibración.

De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017, para las actividades de evaluación de la conformidad en:

Humedad*

Acreditación No: H-108
Vigente a partir del: 2025-06-18

El cumplimiento de los requisitos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 por parte de un laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los requisitos de competencia técnica como los requisitos del sistema de gestión necesarios para que pueda entregar de forma consistente resultados técnicamente válidos. Los requisitos del sistema de gestión de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 están escritos en un lenguaje que corresponde con las operaciones de un laboratorio y satisfacen los principios de la Norma ISO 9001:2015 "Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos" y además son afines a sus requisitos pertinentes."

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora General

ilac-MRA

entidad mexicana de acreditación, a.c.

*** En el alcance establecido en el anexo técnico correspondiente 25LC0874**

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo técnico. Para verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página de ema.

mariano escobedo n° 564
col. anzures, c.p. 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Ciudad de México a 01 de octubre de 2026
Número de Referencia: 26LC1782

Asunto: Notificación de dictamen

Este documento sustituye al emitido el 23 de septiembre de 2026

Ing. Ismael Cruz Ruiz Camarillo.
Representante Autorizado.
Masstech, S.A. de C.V.
Presente

Me refiero a su proceso de revaluación de la acreditación H-108 y con fundamento en el informe de evaluación de fecha 27 y 28 de agosto de 2026, me permito notificarle que el Comité de Evaluación de Laboratorios de Calibración en fecha 23 de septiembre de 2026 emitió el siguiente dictamen:

Confirma que la acreditación H-108 continuará vigente,

Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva dedicarle a la presente notificación, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

María Isabel López Martínez
Directora General

c.c.p. expediente

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

MASSTECH, S.A. DE C.V.

CAÑITAS NO. 25, COL. POPOTLA
C.P. 11400, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.

Ha sido acreditado como Laboratorio de Calibración bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para el área de ***Humedad***

Acreditación Número: H-108
Fecha de acreditación: 2019/06/21
Fecha de actualización: 2026/09/08
Fecha de emisión: 2026/10/20

Número de referencia: 26LC2209
Trámite: Actualización por baja de personal

Este documento sustituye al emitido el 2026/09/08

El alcance para realizar las calibraciones es de conformidad con:

Método o procedimiento: Calibración de Higrómetros
Signatarios autorizados
Nombre
David Maciel Zaragoza
Fanny Rebeca Marentes Orozco
Jose Fernando Soto Ferreira

Ver Anexo A (Tabla CMC H-108, Revisión 03)

Notas para la interpretación de la Tabla CMC:

I. **Mensurando / Instrumento:** El mensurando es la magnitud que se desea medir cuantitativamente mediante un número y una referencia, así mismo, el instrumento es aquel patrón o equipo a ser calibrado, comúnmente denominado Instrumento Bajo Calibración (IBC).
II. **Método de medida y norma de referencia:** Es el método o procedimiento de calibración o medición que el laboratorio utiliza para prestar el servicio de calibración o medición. En el caso de que el método

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de referencia: 26LC2209

de medición se base en una Norma Oficial Mexicana o Estándar, esta columna también incluye esta información, después de la descripción general del método de medida.

III. **Intervalo de medida:** El intervalo de medida, es el conjunto de valores de magnitud que puede medir el laboratorio de calibración. El valor o intervalo de medida se expresa explícitamente. Las entradas describen además del valor único o el intervalo completo, las unidades de la capacidad de medición.

IV. **Condiciones de medición:** Son las condiciones de medición bajo las cuales se realiza la calibración del instrumento bajo calibración (IBC) o se lleva a cabo la medición. El valor de las condiciones de medición puede ser utilizado por el usuario del IBC para, operarlo bajo las mismas condiciones que se observaron durante su calibración o, en su defecto, para que el usuario pueda aplicar las correcciones correspondientes.

V. **Incertidumbre expandida de medida:** Se declara el valor de la incertidumbre expandida que el laboratorio puede alcanzar durante la prestación del servicio de calibración o medición.

VI. **Patrón de referencia usado en la calibración:** Se informa el patrón o patrones de referencia que el laboratorio utiliza para realizar el servicio de calibración o medición, así como la fuente de trazabilidad metrológica.

VII. **Observaciones:** Se indica si el servicio de calibración o medición se realiza en las instalaciones permanentes del laboratorio o en sitio donde se encuentra ubicado el IBC.

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora General

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

ACREDITACIÓN H-108

Fecha de emisión: 2026-10-20
Revisión: 03
No. de referencia: 26LC2209

I	II	III	IV	V	VI	VII
Mensurando / Instrumento	**Método de medida y norma de referencia (cuando aplique)**	**Intervalo de medida**	**Condiciones de medición**	**Incertidumbre expandida de medida**	**Patrón de referencia usado en la calibración**	**Observaciones**
Humedad relativa (gases) / Higrómetros	Directo por comparación (contra un higrómetro patrón)	(10 a 90) %HR	Medio de generación: Generador de dos presiones / temperaturas Temperatura ambiente: 22 °C ± 3 °C Temperatura dentro de la cámara: 5 °C a 60 °C	(1,5 a 1,4) %HR	Termohigrómetro Digital Marca: Fluke Modelo: Sonda: 2626-H / Indicador: 1620 A Exactitud: 1,5 %HR (20 %HR a 70 %HR) 3 %HR de (0 %HR a 20 %HR y de 70 %HR a 100 %HR) H-13 ema / CENAM	Calibración en condiciones de laboratorio (Signatarios: 1, 2, 3)

Lo anterior por conducto de los signatarios siguientes

1. José Fernando Soto Ferreira
2. David Maciel Zaragoza
3. Fanny Rebeca Marentes Orozco

Atentamente,

María Isabel López Martínez
Directora General